



АТТЕСТАТ

№ 20/ 01184

Дата выдачи «29» мая 2020 г.

Удостоверяется, что **Испытательный стенд «O+P», модель BC 1200 ECO**

(наименование и обозначение испытательного оборудования)

№ 000050

(заводской или инвентарный номер)

принадлежащее **ООО «ЭЛЛИПС»**

(наименование предприятия (организации), подразделения)

по результатам первичной аттестации **признан пригодным при проведении
испытаний трубопроводов, цилиндров и гидравлических компонентов в
диапазоне 0...100 МПа**

(наименование продукции)

в соответствии методикой приложенной в РЭ

(наименование и обозначение документов на методики испытаний (при необходимости))

Периодичность аттестационных испытаний не реже **один раз в год.**

Аттестат выдан **отделом поверки теплотехнических средств измерений**

(наименование подразделения, отдела, выдавшего аттестат)

И.о. руководитель отдела
(подразделения)



/И.Н. Пинкин/

(расшифровка подписи)

(печать)

По ГОСТ Р 8.568-2017 ГСИ.
Аттестация испытательного
оборудования. Основные
положения.

693010, г. Южно-Сахалинск,
пр. Победы, 5а
Тел.: (4242) 43-47-27, факс 43-34-09

sakhcsm.ru
priemnaya@sakhcsm.ru